

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
SECRETARIA DE SAÚDE
FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL


PARECER TÉCNICO

Conforme solicitado pelo setor de licitações e contratos administrativos, venho esclarecer a necessidade de revisão e adequação do termo de referência do edital relativo ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019, frente a apresentação de impugnação pela empresa MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

A empresa acima referida, questiona sobre a exigência das tiras reagentes para teste de glicemia serem, necessariamente, codificadas em ouro, fazendo com que haja uma restrição no número de participantes interessados no processo licitatório. Essa característica específica (codificação em ouro) é pertinente a apenas um único produto, **tira reagente G-Tech Free**, direcionando e induzindo a quem participe do certame, a propor exclusivamente este produto/marca.

Porém, os eletrodos de ouro não agregam maior qualidade, precisão ou exatidão do sistema. Além disso, as demais tiras reagentes existentes no mercado, sendo devidamente registrados pelos órgãos competentes e cumprindo os critérios e requisitos estabelecidos pela ANVISA, nos termos da norma ISO 15197/2013, estão **aptas** a serem produtos para competir nesse processo licitatório.

Outro ponto pertinente a esse certame, diz respeito aos aparelhos glicosímetros. O município de Mamanguape-PB já possui aparelhos glicosímetros da marca **G-Tech Free** e **G-Tech Free Lite** distribuídos entre os usuários da Atenção Básica de Saúde e as Unidades de Saúde da Família. Portanto, deve-se deixar bem evidente que as tiras reagentes para teste de glicemia que forem licitadas precisam ter aparelho glicosímetro compatível com as mesmas, independente de marca.

FARMÁCIA BÁSICA

Ambrosina Fernandes Neto
FARMACÉUTICA
CRF 5038

Conclui-se, então, que a especificação do item licitado deve ser corrigida, **excluindo-se** o trecho "**codificada em ouro**" na descrição do produto e, mantendo-se a concessão dos kits compostos com os aparelhos glicosímetros compatíveis com as tiras reagentes que vencerem o certame.



Mamanguape-PB, 19 de fevereiro de 2019

FARMÁCIA BÁSICA
Ambrosina
Ambrosina Fernandes Neta
FARMACÊUTICA
CRF 5038

Ambrosina da Silva Fernandes Neta
Farmacêutica Responsável Técnica
Farmácia Básica Municipal